

Casque pour traction haute : ECJ3920/3920C

- **Fonction**

Dispositif médical de classe I utilisé comme support de traction lorsqu'il est connecté à un appareil orthodontique.
Capacité de charge maximale de 2,5 kg par côté pour la force de libération du module de sécurité.

- **Indications**

À utiliser pendant un traitement orthodontique, sur la base de la recommandation du médecin.


- **Contre-indications**

Risque de réactions allergiques.


Matière : 100% coton

Laver à 40°C avec une lessive adaptée au coton.

Le produit ne doit pas être réutilisé s'il est endommagé. Tout incident grave en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur réside.



Utilisation



connexion du module de sécurité

Bande de cou : ECJ3900

- **Fonction**

Dispositif médical de classe I utilisé comme support de traction lorsqu'il est connecté à un appareil orthodontique.
Capacité de charge maximale de 2,5 kg par côté pour la force de libération du module de sécurité.

- **Indications**

À utiliser pendant un traitement orthodontique, sur la base de la recommandation du médecin.

- **Contre-indications**

Risque de réactions allergiques.


Matière : 100% coton

Laver à 40°C avec une lessive adaptée au coton.

Le produit ne doit pas être réutilisé s'il est endommagé. Tout incident grave en rapport avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays dans lequel l'utilisateur réside.



Utilisation



connexion du module de sécurité



High pull head strap : ECJ3920/3920C

- **Function**

Class I medical device which, when connected to an orthodontic appliance, serves as a support for traction.
Maximum load capacity of 2.5 kg per side for the release force of the safety module.

- **Indications**

For use during orthodontic treatment, based on the doctor's recommendation.


- **Contraindications**

Allergic reactions when wearing the cap during treatment.


Material : 100% cotton

Wash at 40°C with a general detergent used for cotton

The product must not be reused if it is damaged. Any serious incident involving the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the country in which the user resides.



Usage



safety module connection

Neckpad : ECJ3900

- **Function**

A class I medical device that when connected to an orthodontic appliance, serves as a support for pulling.
Max 2,5kg safety module release force load capacity per side

- **Indications**

To be used during orthodontic treatments, based on the doctor's recommendation

- **Contraindications**

Allergic reactions while wearing the headcap during treatments.


Material : 100% cotton

washing under 40°C with general detergent used for cotton.

The product must not be reused if it is damaged. Any serious incident involving the device should be reported to the manufacturer and to the competent authority of the country in which the user resides.



Usage



safety module connection

