Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation d'entretien
Nettoyer toujours les pinces avant chaque processus de désinfection. L'absence de nettoyage peut causer une oxydation

Autoclave
Placer l'instrument, en position grand ouvert, dans l'autoclave et procéder à la stérilisation selon les instructions du fabricant du stérilisateur.
Séchez très soigneusement l'instrument avec de l'air pulsé et un tissu sec, en particulier les axes.
Note : Ne pas stériliser avec des instruments d'une autre fabrication

A froid (2% Glutaraldehyde
Immerger entièrement l'instrument dans la solution durant 20mn.
Retirer l'instrument de la solution et rincer avec de l'eau stérile.
Note : L'usage de glutaraldehyde sur instruments avec insert peut provoquer une oxydation des inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation For Maintenance
Always Clean the instrument before each disinfection process. Lack of cleaning may cause oxidation

Autoclave
Place the instrument on the autoclave tray with jaws apart (open) and complete the process according to the autoclave instructions.
Dry instrument thoroughly
Note : it is advised to package the pliers before the disinfection process as different materials may cause oxidation on inserts.

Cold (2% Glutaraldehyde)
Totally immerse instrument in the solution for 20mn.
Remove the instrument thoroughly with compressed air and a dry towel, especially the joints of hinged instruments.
Note :The use of Glutaradehyde on any inserted instrument may cause oxidation on inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation For Maintenance
Always Clean the instrument before each disinfection process. Lack of cleaning may cause oxidation

Autoclave
Place the instrument on the autoclave tray with jaws apart (open) and complete the process according to the autoclave instructions.
Dry instrument thoroughly
Note : it is advised to package the pliers before the disinfection process as different materials may cause oxidation on inserts.

Cold (2% Glutaraldehyde)
Totally immerse instrument in the solution for 20mn.
Remove the instrument thoroughly with compressed air and a dry towel, especially the joints of hinged instruments.
Note :The use of Glutaradehyde on any inserted instrument may cause oxidation on inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation For Maintenance
Always Clean the instrument before each disinfection process. Lack of cleaning may cause oxidation

Autoclave
Place the instrument on the autoclave tray with jaws apart (open) and complete the process according to the autoclave instructions.
Dry instrument thoroughly
Note : it is advised to package the pliers before the disinfection process as different materials may cause oxidation on inserts.

Cold (2% Glutaraldehyde)
Totally immerse instrument in the solution for 20mn.
Remove the instrument thoroughly with compressed air and a dry towel, especially the joints of hinged instruments.
Note :The use of Glutaradehyde on any inserted instrument may cause oxidation on inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation For Maintenance
Always Clean the instrument before each disinfection process. Lack of cleaning may cause oxidation

Autoclave
Place the instrument on the autoclave tray with jaws apart (open) and complete the process according to the autoclave instructions.
Dry instrument thoroughly
Note : it is advised to package the pliers before the disinfection process as different materials may cause oxidation on inserts.

Cold (2% Glutaraldehyde)
Totally immerse instrument in the solution for 20mn.
Remove the instrument thoroughly with compressed air and a dry towel, especially the joints of hinged instruments.
Note :The use of Glutaradehyde on any inserted instrument may cause oxidation on inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation For Maintenance
Always Clean the instrument before each disinfection process. Lack of cleaning may cause oxidation

Autoclave
Place the instrument on the autoclave tray with jaws apart (open) and complete the process according to the autoclave instructions.
Dry instrument thoroughly
Note : it is advised to package the pliers before the disinfection process as different materials may cause oxidation on inserts.

Cold (2% Glutaraldehyde)
Totally immerse instrument in the solution for 20mn.
Remove the instrument thoroughly with compressed air and a dry towel, especially the joints of hinged instruments.
Note :The use of Glutaradehyde on any inserted instrument may cause oxidation on inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation For Maintenance
Always Clean the instrument before each disinfection process. Lack of cleaning may cause oxidation

Autoclave
Place the instrument on the autoclave tray with jaws apart (open) and complete the process according to the autoclave instructions.
Dry instrument thoroughly
Note : it is advised to package the pliers before the disinfection process as different materials may cause oxidation on inserts.

Cold (2% Glutaraldehyde)
Totally immerse instrument in the solution for 20mn.
Remove the instrument thoroughly with compressed air and a dry towel, especially the joints of hinged instruments.
Note :The use of Glutaradehyde on any inserted instrument may cause oxidation on inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation For Maintenance
Always Clean the instrument before each disinfection process. Lack of cleaning may cause oxidation

Autoclave
Place the instrument on the autoclave tray with jaws apart (open) and complete the process according to the autoclave instructions.
Dry instrument thoroughly
Note : it is advised to package the pliers before the disinfection process as different materials may cause oxidation on inserts.

Cold (2% Glutaraldehyde)
Totally immerse instrument in the solution for 20mn.
Remove the instrument thoroughly with compressed air and a dry towel, especially the joints of hinged instruments.
Note :The use of Glutaradehyde on any inserted instrument may cause oxidation on inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01

Recommandation For Maintenance
Always Clean the instrument before each disinfection process. Lack of cleaning may cause oxidation

Autoclave
Place the instrument on the autoclave tray with jaws apart (open) and complete the process according to the autoclave instructions.
Dry instrument thoroughly
Note : it is advised to package the pliers before the disinfection process as different materials may cause oxidation on inserts.

Cold (2% Glutaraldehyde)
Totally immerse instrument in the solution for 20mn.
Remove the instrument thoroughly with compressed air and a dry towel, especially the joints of hinged instruments.
Note :The use of Glutaradehyde on any inserted instrument may cause oxidation on inserts.

ECI0873-ECI0190 Rev 01